Konformitätserklärung

Name des Herstellers:	**Rescue Trade OHG**
SRN-Nr.:	**DE-MF-000008980**
Adresse:	Am Bahndamm 7 DE-63683 Ortenberg

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Medizinprodukte, die Gegenstand dieser Konformitätserklärung sind, mit allen anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Anhangs I MDR 2017/745 übereinstimmen

Basis UDI DI gemäß Anhang VI Teil C:	**426072773RT-TRANSFER6S**
Produktname:	**Einmal Umbettungslaken**
Zweckbestimmung:	Ein Einmal Patienten-Umbettungslaken (Transferlaken) minimiert die Reibung und/oder Scherung beim Transferieren eines Patienten in Gesundheitseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Rettungsdienste, Krankentransporte und Pflegeheime. Ein reibungsminderndes Umbettungslaken trägt dazu bei, das mit der manuellen Handhabung verbundene Verletzungsrisiko für den Patienten zu verringern.

Die Risikoklasse des Produkts gemäß den in Anhang VIII beschriebenen Regeln ist die Risikoklasse I gemäß Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren ist Artikel 52 (7) und Anhang IV MDR-Verordnung 2017/745

Artikelnummern:	RTEUBT2210W, RTEUBT2210B, RTEUBT2180W, RTEUBT2180B, RTEUBT2290GR, RTEUBT2210W-GS, RTEVLB6035, RTEVLB60352010, RTETFU, RTELVL2313

Die Konformität wurde mittels des oben genannten Konformitätsbewertungsverfahrens festgestellt, die entsprechenden Bestimmungen aus der Verordnung, dem Stand der Technik sowie den anwendbaren Normen wurden eingehalten.
Die Erklärung ist mit dem Datum der Unterschrift gültig.

Ortenberg, den 18.08.2026 _____

(Marcus Hilka, Geschäftsführer)